

采购需求

- 1、工作原理：电容式负极回路，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效负极回路，从而使高频电刀能够安全正常工作。
- 2、工作模式：重复使用\非直接接触式。
- 3、负极板回路垫导线能与任意品牌高频电刀的接口匹配，规格：长度 $\geq 3.3\text{m}$ 。
- 4、可有效防止电灼伤事故发生，确保手术安全。
- 5、可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。
- 6、可透X光。
- 7、质保期 ≥ 2 年。
- 8、外观尺寸：长 $1000 \pm 200\text{mm}$ ，宽 $500 \pm 20\text{mm}$ 。

报价单

产品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单位	单价	总价
配置清单 (如有可填)							
备注							

报价单位：
联系人：
日期：

参数响应表

序号	需求参数	响应实际参数	是否偏离	备注